


**Transports à risque – calcul de la température**  
**Container maritime**  
**Transports à température dirigée**


**KX RECORD 60 – de 0 à 60 jours**  
**Usage unique – Boîtier inviolable**

**ENREGISTREUR DE TEMPERATURE**



**MISE EN ROUTE**

1. REMPLIR A LA POINTE BILLE EN APPUYANT FORTEMENT
2. ENLEVER L'ETIQUETTE CARTONNEE ET CONSERVER
3. DECOLLER LA LANGUETTE ET SEPARER DU BOITIER (Pull to Start)
4. Placer l'enregistreur activé dans la zone à contrôler et éventuellement coller l'adhésif sur une surface propre et sèche.



**RECUPERATION DU DIAGRAMME**

1. COUPER LES PASTILLES ARGENTÉES
2. PRESSER SUR OPEN ET POUSSER L'EMBOUT VERS LE HAUT, LES PATTES DE FIXATION SE CASSENT.
3. TIRER L'EMBOUT DE LA CASSETTE ET RECUPERER LE DIAGRAMME

[www.kxconcept.com](http://www.kxconcept.com)

**Equipements de maintenance & d'entrepôts**  
**Sécurité du transport et de la personne**

**KX CONCEPT**

SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE

SIRET : 504 598 30100019